技术参数表

项目名称	手术显微镜保修		
最高限价	64 万元人民币	数量/计量单位	2 年
设备功能要求			
手术显微镜保修			
软硬件配置清单			
序号	名称	数量	单位
1	手术显微镜（徕卡、M720 OH5）	2	台
2	手术显微镜（徕卡、M530 OH6）	2	台
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
★1	开机率	不得低于 95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期）	
# 2	维修响应	工程师保证两小时内提供现场技术支持（含节假日），维修响应时间 24 小时*7 天电话技术支持服务，报修到达现场时间：≤24 小时	
★3	保养服务	每年 4 次设备保养、除尘、校准	
★4	保修范围	所有原厂品牌备件的保修服务（含机器电路板，机械部件等）	
★5	技术要求	具有该型号设备原厂维修培训资质	
★6	零备件要求	原厂全新零备件	
7	灯泡	提供七五折原厂灯泡	