

技术参数表

项目名称		介入诊疗显示器悬臂		
最高限价		30 万元人民币	数量/计量单位	3 套
是否进口		是		
软硬件配置清单				
序号	名称		数量	单位
1	中心轴		1	个
2	显示器弹簧臂		2	个
3	单显示器适配器（24~32 寸）		2	个
4	显示器手柄适配器		2	个
5	显示器消毒手柄		4	个
6	附件收纳盒		2	个
技术要求				
序号	指标名称	技术参数		
★1	产地	原装进口		
★2	显示器悬臂承重	≥20kg		
#3	臂长	≥900mm		
#4	弹簧臂调节角度	向下≥70° ； 向上≥45°		
★5	弹簧臂上下活动范围	≥1200mm		
6	线缆要求	复合电缆，SDI 视频线		
7	适配器要求	显示器悬臂需具有 24-32"液晶显示器适配器		
★8	内部要求	显示器悬臂内部可同时通过 4 条信号线，内径总直径≥30mm		
★9	安装方式	独立安装显示器悬臂，同轴且不同平面安装使用，免费负责现有承重底盘的拆除和新承重底盘的安装。（实际位置以现场要求为准）		

