

项目编号	2024-JK15-W3213		
项目名称	全自动多功能染色机		
数量	1 台	是否进口	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
最高投标限价	20.00 万元		
功能要求			
用于病理分析前对载玻片上的细胞学样品或组织样品切片进行自动化染色以便进行病理分析检测的仪器。			
软硬件配置清单			
序号	描 述	数量	
1	染色机主机（含电源线）	1 台	
2	水洗缸	4 个	
3	试剂缸	24 个	
4	玻片架	10 个	
5	试剂缸盖	20 个	
6	通风管组件（含管箍）	1 套	
7	进水管组件	1 套	
技术参数要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	#烤箱温度	室温至 75℃可调，温度实时监测；烤箱数量≥1 个	
2	#分化功能	机械臂有抖缸、沥液功能，可设置执行参数	
3	操作方式	彩色液晶触摸屏≥10 英寸，全中文系统触屏操作，屏幕可设置≥4 个染色快捷程序	
4	#程序编辑	设备可存储程序≥100 个，且每个程序可以设置步骤≥40 步	
5	染色机结构	采用开放式单层设计	
6	#染色质控功能	包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表	
7	远程监控功能	有远程报警、监控功能，可通过网页、小程序进行远程监控，实时了解设备运行状态	
8	#染色时间自调节功能	可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类≥4 种	
9	★废气浓度监测	浓度监测范围 0-100ppm 可设置，主界面上可实时显示废气浓度值	
10	#拓展功能	可与封片机组合，形成染色封片一体化工作站，无需单独的转运装置	

11	#站点数量	总站点数量 ≥ 26 个，必须具备水洗站点、加卸载站点、烤箱、中转站点
售后服务要求		
1	采购项目概况	全自动多功能染色机
2	预算安排	经费已落实
3	采购标底的数量	1台
4	采购标的的交付时间和地点	交货期：合同签订之日起1个月内全部交货并安装调试完毕 交货地点：招标人指定地点
5	采购标底的包装运输、专用工具、备品备件	交货方式：由中标供应商负责免费配送、安装、调试、培训等。投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件
6	质量保证	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保3年。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费
7	售后服务要求	投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，维修响应12小时内响应，24小时内到达客户现场
8	报价要求	所有报价均以人民币为货币单位，报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金
9	保密和专利要求	投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料
10	安全保密要求	投标人不得以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息