

技术参数表

项目名称	自体血回收机		
最高限价	10 万元	数量/计量单位	1 台
是否进口	国产		

设备功能要求

自体血液回收机将手术中或手术后流失的血液经抗凝后收集在储血罐中，经过滤、离心分离、清洗等程序去掉细胞基质、激活的凝血因子、游离血红蛋白、抗凝剂，将完好的红细胞回收到血袋保存，以回输体内。临床用于患者自体血液的收集、分离和回输。适用于胸外科、神经外科、妇产科、普外科等科室所有术中有可能出血的手术。

软硬件配置清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	台车	1	个
3	输液架	1	个

技术要求

序号	指标名称	技术参数
#1	操作模式	具有至少五种以上操作模式：自动模式（具有自动启停系统、自动检测清洗质量系统、自动保护红细胞完整系统、自动控制清洁度系统）、手动模式、紧急模式（15 秒内可实现连续回输）、应急模式、浓缩模式等
★2	显示及界面	液晶触摸显示屏，图文数据显示，中文操作界面
#3	蠕动泵	≥3 个
#4	紧急模式血液处理时间	15 秒内可实现连续回输
#5	血液回输成分	红细胞、全血
6	内置打印机	具备
★7	离心机转速	≥5000 转/分

耗材技术要求

序号	指标名称	技术参数
----	------	------

1	耗材名称	一次性使用血液回收耗材
★2	耗材报价要求	耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★3	售后	耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材，随时安排技术人员进行现场指导
4	配套耗材年使用金额	4.5 万元