

项目名称	宫腔镜冷刀系统		
预算金额	23 万元	数量/计量 单位	1 套
是否进口	国产		
<b>设备功能要求</b>			
用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等			
<b>软硬件配置清单</b>			
序号	名称	数量	单位
1	宫腔镜	1	根
2	直剪刀单开	1	把
3	直剪刀双开	1	把
4	弯剪刀	1	把
5	钩剪刀	1	把
6	活检钳	1	把
7	大型抓钳	1	把
8	重型抓钳	1	把
9	弯分离钳	1	把
10	双极针形电极（电棒）	1	根
11	双极球形电极（电棒）	1	根
12	电极导线	1	根
13	专用内窥镜消毒盒	1	个
<b>技术要求</b>			

序号	指标名称	技术参数
1	宫腔镜	★1.1 视向角 12° 或 30° ， 视场角≥60°
		1.2 主镜工作长度≥200mm
		★1.3 蓝宝石镜面
		★1.4 外鞘≤23Fr
		1.5 目镜和器械通道呈平行型或 Y 型设计
		★1.6 宫腔镜镜体具有≥3mm 的器械通道，器械通道包含在镜体内。镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm
		1.7 进出水高通量设计，持续对流
		1.8 器械以冷操作（不带电能量）为主，必要时可配合手术电极凝血
		1.9 密封帽双层密封，自动闭合，无需单独开关。
		1.10 采用低温等离子和压力蒸汽灭菌
2	配套手术器械	★2.1 至少包含：直剪刀单开、直剪刀双开、弯剪刀、钩剪刀、活检钳、大型抓钳、重型抓钳、弯分离钳
		2.2 工作外径≥3mm，工作长度≥360mm，360° 可旋转手柄
		2.3 最小化三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）
		★2.4 可低温等离子和压力蒸汽灭菌
		★2.5 与宫腔镜同品牌
3	高频双极手术电极（电棒）	3.1 包含：双极针形电极（电棒）、双极球形电极（电棒）
		3.2 工作外径≥3mm，工作长度≥360mm
4	电极导线	直径≥4mm，长度≥4 米，可与不同品牌的高频电刀通用
5	专用内窥镜消毒盒	具备